

## 北山村公共施設体温検知機能付きカメラ購入 仕様書

### 1. 適用範囲

本仕様書は、北山村内の公共施設に設置する体温検知機能付きカメラ購入に適用する。

### 2. 納入場所

北山村地内

### 3. 納入期限

契約締結の日から 60 日以内

### 4. 性能および使用

#### (1) 性能および仕様

タイプ : 自立式スタンドタイプ

測定対象 : 体内温度

測定温度範囲 : 30°C～45°C (誤差±0.3°C)

測定距離 : 1m

同時測定 : 1 人

顔認証最大 : 10,000 人程度

マスク着用検知 : 可能

処理速度 : 20 人以上/1 分間

電源 : 一般用電源 (100V/15A) 対応のこと

液晶画面サイズ : 7 インチ以上

その他 a.スタンドアロン型であること。

(サーバー及び専用端末が不要で当該機器のみで運用できること。)

b.検知当該者へのメッセージは日本語であること。

c.管理ツールでログ管理(日時/氏名/体温)が 8,000 件以上可能なこと。

d.拡張機能として、スタンドに LED 表示灯の取り付けが可能なこと。

(体温正常時は緑色点灯、異常時は赤色点灯)

e.導入にあたり工事等は不要であること。

#### (2) 参考メーカー・型番

・ダイワ通信 DC-T104S

## 5. 一般事項

- (1) 搬入費用は納入業者負担とする。
- (2) 搬入に際し建物および既存物品を破損及び汚損した場合には現状復旧するものとし、その費用はすべて納入業者負担とする。
- (3) 納入にあたって、担当課の指定する場所に設置すること。
- (4) 梱包資材等は、納入業者の責任において処分すること。
- (5) 納入後、疵・破損等あるものが発見された場合は、受注者の責任において速やかに代品を納入すること。
- (6) 落札者は保証書を提出することとし、保証期間は検収後1年とする。また、故障発生時には、速やかに修理できるサービス体制を確保すること。
- (7) 納入が完了した後、検査員の検査を受けること。
- (8) 購入代金の支払いは、納品完了及び検査合格後、適法な請求書を受理してから30日以内に支払う。
- (9) 仕様書に記載されていない事項については、担当課の指示を受け、これに従うこと。